

Łódź, dnia 16 lipca 2018r.

**Uzupełnienie do zapytania ofertowego nr 2/RPOWŁ/PCPR/2018 z dnia 10 lipca 2018r.**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni, celem umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyskałby niższe ceny, co powinno być w interesie Zamawiającego?

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 10 sierpnia 2018r.

Pytanie do poz. 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu do rehabilitacji o maksymalnym obciążeniu do 150 kg, o pozostałych nie gorszych parametrach? Z doświadczenia naszej firmy, jako producenta stołów rehabilitacyjnych stwierdzamy, iż jest to obciążenia w zupełności wystarczające do przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie maksymalnego obciążenia do 150 kg.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu do rehabilitacji posiadającego owalny otwór w zagłówku?

Zamawiający wyraża zgodę na owalny otwór w zagłówku.

Pytanie do poz. 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie materacy o nieznacznie innych wymiarach, tj. 200 x 100 x 5 cm?

Zamawiający wyraża zgodę na materace o wymiarach 200 x 100 x 5 cm.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie materacy o nieznacznie innych wymiarach, tj. 195 x 80 x 5cm?

Zamawiający nie wyraża zgody na materace o wymiarach 195 x 80 x 5 cm.

Pytanie do poz. 3:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie orbitreka posiadającego koło zamachowe o nieznacznie większej wadze, tj. 20 kg?

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie orbitreka posiadającego koło o wadze maximum 20 kg.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie orbitreka o nieznacznie innej długości kroku, tj. 42 cm?

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie orbitreka o maksymalnej długości kroku 42 cm.

Pytanie do poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bieżni o maksymalnej wadze użytkownika do 140 kg oraz nachyleniu do 15%?

Zamawiający nie dopuszcza bieżni o maksymalnej wadze do 140 kg. I kącie nachylenia 15%.

Pytanie do poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie roweru magnetycznego, posiadającego koło zamachowe 8 kg, spełniającego pozostałe wymogi specyfikacji?

Zamawiający nie dopuszcza roweru magnetycznego, posiadającego koło zamachowe 8 kg.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie roweru magnetycznego, posiadającego koło zamachowe 10 kg, spełniającego pozostałe wymogi specyfikacji?

Zamawiający nie dopuszcza roweru magnetycznego, posiadającego koło zamachowe 10 kg.

Dyrektor  
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pomocy Rodzinie  
*Małgorzata Czupnik*