

Łódź, dnia 17 lipca 2018r.

**Uzupełnienie do zapytania ofertowego nr 3/RPOWŁ/PCPR/2018 z dnia 11 lipca 2018r. na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”**

**Pyt. 1 Dotyczy poz. 1 łóżka rehabilitacyjne elektryczne.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne elektryczne o poniższych parametrach:

- łóżko 4 segmentowe
- sterowane na pilota
- regulacja wysokości w dwóch zakresach 40-80 cm lub 33-73 cm
- regulacja kąta nachylenia oparcia, części udowej, części tydkowej
- łóżko wyposażone w wysięgnik i barierki
- pozycja Antytrendelenburga
- łóżko wyposażone w stół przyłóżkowy dwublatowy z regulacją blatu
- możliwość wyboru leża: metalowe lub drewniane
- Maksymalne obciążenie robocze łóżka 200 kg

Zamawiający dopuszcza parametry wskazane w pytaniu z uwzględnieniem uwagi zawartej poniżej.

**Pyt. 2** Ze względu na to, że czas potrzebny do wyprodukowania łóżek wynosi ok. 2 tygodni, Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 21 dni od podpisania umowy?

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 10 sierpnia 2018r.

**Pyt. 3 Dotyczy poz. 6 Koncentrator tlenu**

Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poniższych parametrach?

- Wymiary: 58 x 38 x 24 cm
- Waga urządzenia: 15 kg
- Zasilanie: 230 V
- Koncentracja tlenu: 90-96%
- Głośność: 43 dBA
- Ciśnienie wyjściowe: 5-7 PSI
- Przepływ tlenu: 0,5-5 litra/min.
- Trwałość użycia: 25 tys. Godzin
- Urządzenie medyczne

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry z zaznaczeniem, iż koncentrator musi nadawać się do transportu.

Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
*mgr Urszula Łuźniak*